

ANEXO I PPT

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GC	NOMBRE	UNIDAD DE CONSUMO	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	DATOS FICHA TÉCNICA	OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO EQUIPOS_COMPATIBILIDAD
	1	SU.PC.SANI.01.07.0 0.000001		BOLSA ORINA CON GRIFO VACIADO Y VALVULA ANTIRRETORNO 2000cc.	Unidad (Pieza)	Unidad (Pieza)	Indicaciones * Recoger la orina de los pacientes con sonda uretral. Descripción * Bolsa con tubo conectable a la sonda uretral, válvula antirretorno y grifo de vaciado. * Dos aberturas superiores reforzadas para anclaje al colgador. * Graduación impresa imborrable. Material * Material plástico. Envasado * No estéril.* En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el número de lote. . fecha de caducidad. . la referencia comercial.	CAPACIDAD 2000 APROX. ENVASADO INDIVIDUAL	
	2	SU.PC.SANI.01.07.0 0.201000	B42232	SISTEMA RECOLECCION DIURESIS HORARIA-Volumen de la cámara:[500-1000];Conector toma de muestra:si;	Unidad (Pieza)	Unidad (Pieza)	Indicaciones * Medir la orina que genera cada hora un paciente con sonda uretral, Descripción * Dispositivo con cámara rígida y tubo de salida conectado a una bolsa de orina. * Rebosadero para el caso de llenado total de la cámara. * Filtro de aire antibacteriano e hidrófobo. * Válvula de vaciado simultáneo de todas las cámaras. * Conector rígido con toma de muestra y pinza de cierre. Material * Material plástico. Envasado * No estéril.* En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el número de lote. . la referencia comercial.	CONECTOR TOMA DE MUESTRA SIN AGUJA DOBLE VÁLVULA ANTIRREFLUJO. CÁMARA RÍGIDA GRADUADA SEPARABLE DE LA BOLSA DE ORINA.	
1	3	SU.PC.SANI.01.07.0 5.101000	D47962	BOLSA RECAMBIO PARA ASPIRADOR PARED-CAPACIDAD:[2-3];VALVULA ANTIRREFLUJO:si;	Unidad (Pieza)	Unidad (Pieza)	Indicaciones * Para recoger fluidos. Descripción * Bolsa soldada herméticamente a la tapa. * Tapa equipada con conectores que permiten la conexión del recipiente de recolección con la línea de aspiración y con el paciente. Material * Material plástico. Envasado * Envasado con etiquetado en el que figure: - Número del lote - Denominación del artículo - Referencia comercial - Fecha de caducidad.		COMPATIBLE CON SISTEMAS DE VACÍO DE HASTA 40 KPA (300 MM HG)
	4	SU.PC.SANI.01.07.0 5.101000	D47960	BOLSA RECAMBIO PARA ASPIRADOR PARED-CAPACIDAD:[2-3];VALVULA ANTIRREFLUJO:no;	Unidad (Pieza)	Unidad (Pieza)			
	5	SU.PC.SANI.01.07.0 6.000000	E75489	RESERVORIO ASPIRATIVO/ RECOGIDA DE MUESTRAS-Capacidad del reservorio:[150-150];	Unidad (Pieza)	Unidad (Pieza)	Indicaciones * Para recogida de muestras Descripción * Reservorio que conectado a un sistema de aspiración realiza un filtrado para recogida de muestras Material * Polipropileno Envasado * Envase unitario estéril.* Etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo. . el método de esterilización utilizado. . las fechas de esterilizado y caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.		DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO NÚMERO Y CENTROS: HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECÁRDENAS: 6 EQUIPOS HOSPITAL UNIVERSITARIO PONIENTE: 5 EQUIPOS LA INMACULADA AGSNA: 1 EQUIPO
	6	SU.PC.SANI.01.07.0 6.500012	B41468	TUBO CONEXION PARA DRENAJE ASPIRATIVO P/ BOLSA-DIAMETRO:[14-14];	Unidad (Pieza)	Unidad (Pieza)	Indicaciones * Complemento del sistema de drenaje por vacío manual a bolsa Descripción * Línea de extensión con conexión para drenaje a bolsa. Extremo distal con llave de tres pasos y proximal cono para bolsa de orina. Material * Plástico. Envasado * Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.		
	7	SU.PC.SANI.01.07.0 6.500014	B46424	SONDA PARA DRENAJE ASPIRATIVO ACANALADA SILICONA C/ TROCAR-DIAMETRO:[15-15];TROCAR:si;	Unidad (Pieza)	Unidad (Pieza)	Indicaciones * Drenaje post-quirúrgico de heridas mediante el sistema de vacío manual. Descripción * Sonda con cuatro canales. * Con trocar para inserción. Material * Sonda de silicona. * Trócar de acero inoxidable. Envasado * Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.		

AGRUP	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GC	NOMBRE	UNIDAD DE CONSUMO	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	DATOS FICHA TÉCNICA	OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO EQUIPOS_COMPATIBILIDAD
	8	SU.PC.SANI.01.07.09.203000	E12218	SISTEMA DRENAJE TORACICO 3 CAMARAS/ adulto-TIPO DE SISTEMA :humedo;VOLUMEN DE LA CAMARA DE RECOLECCIÓN.:{1800-3000};	Unidad (Pieza)	Unidad (Pieza)	Indicaciones * Drenaje de la cavidad torácica. Descripción * Consiste en un recipiente dividido en 3 compartimentos graduados: . una cámara de recolección, con escala volumétrica de adultos. . una cámara de sellado bajo agua. . una cámara de control de la aspiración. . válvulas de seguridad. * Con o sin toma de muestras. Material * Material plástico. Envasado * Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: la denominación del artículo . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.		
	9	SU.PC.SANI.01.07.09.300014	E64144	EQUIPO DE RESERVORIOS PARA DRENAJE PLEURAL TUNELIZADO-CAPACIDAD DEL RESERVORIO:{900-1000};	Kit	Kit	Indicaciones * Para uso generalmente domiciliario con el sistema de drenaje pleural tunelizado. Descripción * El equipo consta de varias unidades de reservorios de vacío y distintos componentes que ayudan a su uso en domicilio como por ejemplo: pinza deslizando de emergencia para pinzar el catéter pleural, tapón de válvula de catéter pleural, guantes, apósitos..... Material * Diferentes materiales: plástico, algodón, poliuretano..... Envasado * Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: la denominación del artículo . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial		SISTEMA CON COMPATIBILIDAD UNIVERSAL CON EQ. PARA DRENAJE PLEURAL TUNELIZADO (SU.PC.SANI.01.07.09.300013)
	10	SU.PC.SANI.01.07.12.600003	D29778	EQ. DRENAJE BILIAR PERCUTANEO C/MECANISMO DE FIJACION DE HILO-DIAMETRO DEL CATETER:{8.5-8.5};LONGITUD DEL CATETER:[0-60];	Unidad (Pieza)	Unidad (Pieza)	Indicaciones * Para facilitar el paso de bilis de la vía biliar al colédoco en pacientes con tumoración en vía biliar. Descripción * Catéter de drenaje biliar percutáneo con recubrimiento hidrofílico en el extremo distal, bandas radiopacas y múltiples orificios laterales para guías de .038 pulgadas. * Catéter recto o pigtail con sistema mecánico de fijación de hilo. * Dos cánulas para introducción y retirada del catéter, una rígida y otra flexible. Material * Polímero combinación de silicona y poliuretano. * Hidrofílico en extremo distal. Envasado * Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: la denominación del artículo . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial.		
	11	SU.PC.SANI.01.07.13.600001	B55729	CATETER MULTIUSO PARA DRENAJE PERCUTANEO DE ABSCESOS C/MECANISMO DE FIJACION DE HILO-DIAMETRO DEL CATETER:{8.5-8.5};LONGITUD DEL CATETER: (15-30);	Unidad (Pieza)	Unidad (Pieza)	Indicaciones * Drenaje mediante punción directa de quistes, abscesos, hematomas, ascitis, exudados pleurales, líquidos biliares y nefrostomías. Descripción * Catéter para drenaje percutáneo con recubrimiento hidrofílico, bandas radiopacas y múltiples orificios laterales. * Catéter recto o pigtail con sistema mecánico de fijación de hilo. * Dos cánulas para introducción y retirada del catéter, una rígida y otra flexible. Material * Polímero combinación de silicona y poliuretano. * Hidrofílico en extremo distal.		
	12	SU.PC.SANI.01.07.13.600001	E89130	CATETER MULTIUSO PARA DRENAJE PERCUTANEO DE ABSCESOS C/MECANISMO DE FIJACION DE HILO-DIAMETRO DEL CATETER:{6.3-6.3};LONGITUD DEL CATETER: (15-30);	Unidad (Pieza)	Unidad (Pieza)	Envasado * Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: la denominación del artículo . el método de esterilización utilizado. . la fecha de caducidad. . el número de lote. . la referencia comercial		
	13	SU.PC.SANI.01.07.9.102000	B38352	TUBO CON BULBOS PARA ASPIRADOR EN ROLLO 7mm.Ø-DIAMETRO:{7-7};	Unidad (Pieza)	Metro	Indicaciones * Complemento de los aspiradores. Descripción * Tubo en rollos para ser cortados a la medida que se desee. * Con conectores integrados (bulbos) a una distancia de aprox. 90cm. Material * Material plástico. Envasado * No estéril.		