



EXPEDIENTE: 2026/01076

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE
FORMA SUCESIVA Y POR PRECIO UNITARIO DEL SUMINISTRO
CORRESPONDIENTE A LOS EQUIPOS DESECHABLES DE
COBERTURA QUIRÚRGICA PARA SU UTILIZACIÓN EN LOS
QUIRÓFANOS DE LA OSI DEBABARRENA

Osi Debabarrena
Mendarozabal Z/G
20850 Mendaro



1. OBJETO DEL SERVICIO

- 1.1 Contratación de Equipos desechables de cobertura quirúrgica para la utilización en los quirófanos de la OSI Debabarrena.
- 1.2 Todos los materiales relacionados en cada uno de los equipos objeto del concurso vendrán incluidos en un mismo paquete.

2. REGLAMENTACION Y NORMA DE REFERENCIA

Todos los productos a suministrar deberán cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios, y con el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios, (por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.º 178/2002 y el Reglamento (CE) n.º 1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo). Así mismo deberán cumplir con el RD 1591/2009 en los artículos no derogados por el RD 192/2023.

Asimismo, cumplirán los requisitos establecidos en la norma de referencia EN-UNE 13795:2011 + A1:2013 exigibles para materiales de un solo uso, acreditando su cumplimiento mediante certificados por un test de un Laboratorio Externo homologado o cualquier medio de prueba fidedigno adecuado en el que se especifique el nivel de cumplimiento.

Se deberán adecuar a las prescripciones de la Norma ISO 11810 para la inflamabilidad y resistencia a la prestación láser en cobertura utilizada en cirugía láser. Los licitadores en su oferta deberán aportar la documentación necesaria para acreditar el requisito de forma fehaciente mediante cualquier medio de prueba adecuado.

En cuanto al embalaje deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) 2017/745 de Productos Sanitarios y en el Real Decreto 192/2023, de 21 de marzo, por la que se regulan los productos sanitarios

3. PRESENTACIÓN Y VARIACIÓN DE COMPONENTES

En el momento de ejecutarse el suministro, las empresas adjudicatarias proporcionarán los materiales en paquetes únicos, que contendrán los productos definidos en el lote según los componentes y las cantidades especificadas.

En el caso excepcional de que se produjera discontinuidad en el suministro de alguno de los componentes del PACK, la empresa contratista se comprometerá al suministro del material de igual o superior calidad, sin variación del precio.

En el caso excepcional de que la empresa contratista no pudiera reponer el material, el Órgano Promotor lo podría adquirir por su cuenta, cargando el sobre coste a la empresa.

No se admitirán variaciones en los componentes de los lotes que no se hayan aceptado por el Órgano Promotor.

4. LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE RECURSOS

El material será entregado en el almacén de la OSI Debabarrena.

Dirección: Polígono ESSER, pabellón NN10. 20850 – Mendaro (Gipuzkoa)

Los equipos deberán entregarse de tal forma que se garantice la integridad y esterilidad de los mismos.

El adjudicatario se compromete a mantener en sus instalaciones un stock de seguridad de dos meses de consumo medio.

El adjudicatario deberá plantear un plan de formación y garantizar la disponibilidad de personal con experiencia contrastada, para la asistencia y formación del personal quirúrgico para la correcta utilización del material.

5. VARIANTES

No se admitirán variantes.

6. MUESTRAS

Las muestras se entregarán y probarán de acuerdo con las indicaciones de los responsables de la OSI Debarrena.

Las muestras presentadas serán sin cargo alguno para Osakidetza.

NORMAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS. LAS MUESTRAS DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE IDENTIFICADAS CON:

- Número de expediente.
- Número de lote y código de artículo.
- Nombre de la empresa ofertante.
- Referencia del artículo para el proveedor.
- Oferta de que se trata.

MODELO DE ETIQUETA DE MUESTRA

Nº de expediente: <<expediente>>
Nº Lote: <<lote>>
Nombre empresa: <<empresa>>
Ref. del proveedor: <<Ref. proveedor>>
Oferta de que se trata: <<Oferta>>

En todos los lotes se van a solicitar dos equipos esterilizados y uno sin esterilizar. Las muestras deberán ser entregadas en el almacén general de la OSI Debarrena, máximo tres días hábiles a contar a partir de la apertura del sobre C, Criterios evaluables mediante Juicios de Valor.

EL LUGAR DE ENTREGA SERA EL SIGUIENTE:

Polígono industrial ESSER

Pabellón NN10

20850-Mendaro (Guipúzcoa)

Teléfono de contacto: 943757249.

7. LOTES, PRECIOS UNITARIOS Y CONSUMOS ESTIMADOS.

La Oferta económica está compuesta por 20 lotes (uno por cada equipo). En la oferta económica los precios serán determinantes (no se puede exceder del licitado).

La valoración correspondiente a los consumos estimados de un año es la siguiente:

Nº Lote	Denominación	Consumo anual estimado	Precio máximo unitario de licitación (IVA excluido)	Presupuesto de licitación anual máximo del equipo (IVA excluido)
1	PACK UNIVERSAL/ C. MENOR	810	35	28.350 €
2	PACK VARICES	70	40	2.800 €
3	PACK CARA Y CUELLO ADENOIDES	55	23	1.265 €
4	PACK CUELLO CIRUGIA	40	36	1.440 €
5	PACK CABEZA-CUELLO/ORL	110	27	2.970 €
6	PACK CADERA	150	68	10.200 €
7	PACK PTR RODILLA	180	58	10.440 €
8	PACK MANO	275	25	6.875 €
9	PACK PIE	200	26	5.200 €
10	PACK ARTROSCOPIA/HOMBRO	50	63	3.150 €
11	PACK ARTROSCOPIA /RODILLA	100	41	4.100 €
12	PACK RTU	400	28	11.200 €
13	PACK URO-GINE	210	35	7.350 €
14	PACK CESAREA	60	58	3.480 €
15	PACK CIRUGIA LOCAL	275	25	6.875 €
16	EQUIPO ANESTESIA RAQUIDEA	2300	5	11.500 €
17	EQUIPO CIRUGÍA INTRAVÍTEA	2400	12	28.800 €
18	DHS FX FÉMUR/AR FÉMUR/ART CADERA	90	32	2.880 €
19	PACK OBSTETRICIA	425	14	5.950 €
20	PAÑOS CAMPO EN U CON APERTURA	300	2,78	834 €
TOTAL				155.659€

El número de unidades previsto es estimativo, se considerará orientativo y en ningún caso vinculante para la administración por estar subordinadas las entregas a las necesidades de la OSI Debabarrena. Cualquier variación al alza o a la baja, según las necesidades reales, no limitará las obligaciones del contratista ni dará lugar a compensación económica alguna. El número de unidades se fijará a demanda del Centro.

A todos los efectos se entenderá que el precio unitario de licitación estimado como máximo por la administración comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista debe realizar para la ejecución del contrato, y toda clase de tasas, impuestos (excepto IVA) y licencias.

El contrato se adjudicará por los precios unitarios de los bienes o productos objeto de contratación ofertadas por los adjudicatarios.

8. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS

Las características requeridas en cuanto a medidas y gramaje son estimativas y se admitirá una variación del 20% en relación a las medidas indicadas.

En cuanto al dato del gramaje solo se reseña a título orientativo. Lo que se busca en todos los casos, es que los artículos ofertados cumplan los objetivos de cobertura y protección solicitados en cada uno de los lotes.

1	PACK UNIVERSAL C.MENOR	Medidas aprox.	Tipo Tejido	Gramaje	Cantidad
	Cubremesa Quirúrgico	150 x 200 cm	2 capas absorbentes e impermeables o efecto similar	80GR/M2	1
	Paño quirúrgico c/adhesivo	90 x 90 cm	Tricapa(1 capa absorbente + 1 capa impermeable + 1 capa de confort) efecto similar	70gr/m2	2
	Sábana quirúrgica c/adhesivo	240 X 150 cm	Tricapa(1 capa absorbente + 1 capa impermeable + 1 capa de confort) efecto similar	70gr/m2	1
	Sábana quirúrgica c/adhesivo /refuerzo absorbente 20 x 50 cm (75gr/m2) / con dos orificios para cables o sistema de sujeción de cables alternativo	240 X 150 cm	Tricapa(1 capa absorbente + 1 capa impermeable + 1 capa de confort) efecto similar	70gr/m2	1
	Bolsa instrumental 35x35cm. con 2 compartimentos				1
	Compresa abdominal estéril con CRX/17 hilos/45x45cm plegada a 10x20 cm.				10 unidades
	Gasa Quirúrgica estéril con CRX/17 hilos/25x40cm plegada a 10x10 cm.				10 unidades
	Bisturí de seguridad Nº 15				1
	Bisturí de seguridad Nº 23				1
	Raspador de bisturí eléctrico				1
	Contador de Agujas magnético 10/20 agujas (APROX)				1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "L" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	2
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "M" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1

2	PACK VARICES	Medidas aprox.	Tipo Tejido	Gramaje	Cantidad
	Cubremesa Quirúrgico,	150 x 200 cm	2 capas absorbentes e impermeables o efecto similar	80GR/M2	1
	Paño quirúrgico en "U" (U 10 X 100 cm aprox.) con refuerzo en la U DE 60 X 120 cm con dos orificios u otro sistema de sujeción de cables alternativo.	195 x 300 cm	Tricapa (1 capa absorbente + 1 capa impermeable + 1 capa de confort) efecto similar	70gr/m2	1
	Sabana quirúrgica adhesiva / apertura central de 90 x 45cms / refuerzo central 90 x 40cms.	250 X 150 cm	2 capas absorbentes e impermeables o efecto similar	55gr/m2	1
	Compresa abdominal estéril con CRX/17 hilos/45x45cm plegada a 10x20 cm.				10 unidades
	Gasa Quirúrgica estéril con CRX/17 hilos/25x40cm plegada a 10x10 cm.				10 unidades
	Bisturí de seguridad Nº15				1
	Bisturí de seguridad Nº 23				2
	Contador de Aguja magnético 10/20 agujas (aprox.)				1
	Apósito adhesivo 9 x 15 cm				1
	Raspador de bisturí eléctrico				1
	Bota protección pierna impermeable 50 x 40 cm (aprox.)				1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "L" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	2
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "M" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1

3	PACK CARA Y CUELLO - ADENOIDES	Medidas aprox.	Tipo Tejido	Gramaje	Cantidad
	Cubremesa Quirúrgico	150 x 200 cm	2 capas absorbentes e impermeables o efecto similar	80GR/M2	1
	Paño quirúrgico c/adhesivo	75 X 90 cm	2 capas absorbentes e impermeables o efecto similar	55gr/m2	1
	Campo quirúrgico cabeza turbante / capelina	75 X 100 cm	2 capas absorbentes e impermeables o efecto similar	55gr/m2	1
	Paño quirúrgico adhesivo	150 X 175 cm	2 capas absorbentes e impermeables o efecto similar	55gr/m2	1
	Gasa Quirúrgica estéril con CRX/17 hilos/25x40cm plegada a 10x10 cm.				10 unidades
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "L" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "M" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
	Cánulas de aspiración Yankauer CH12/PR40/SC con control de vacío.				1
	Tubo de aspiración Diámetro 6X8,5 MM/ L 3m				1
4	PACK CUELLO CIRUGIA	Medidas aprox.	Tipo Tejido	Gramaje	Cantidad
	Cubremesa Quirúrgico	150 x 200 cm	2 capas absorbentes e impermeables o efecto similar	80GR/M2	1
	Paño quirúrgico en "U" (U 10 X 100cm aprox.) con refuerzo de la U de 60 x 120cm con dos orificios para cables o sistema de sujeción de cables alternativo.	190 X300 cm	Tricapa (1 capa absorbente + 1 capa impermeable + 1 capa de confort) efecto similar	70gr/m2	1
	Paño quirúrgico	50 x 50 cm	2 capas absorbentes e impermeables o efecto similar	55gr/m2	1
	Paño quirúrgico adhesivo. Refuerzo zona adhesivo 85 x 50 CM 75gr/m2	150 X 150 cm	2 capas absorbentes e impermeables o efecto similar	55gr/m2	1
	Compresa abdominal estéril con CRX/17 hilos/45x45cm plegada a 10x20 cm.				5 unidades
	Gasa Quirúrgica estéril con CRX/17 hilos/25x40cm plegada a 10x10 cm.				10 unidades

	Bolsa instrumental 35x35cm. con 2 compartimentos				1
	Contador de Aguja magnético 10/20 agujas (aprox.)				1
	Raspador de bisturí eléctrico				1
	Tubo de aspiración Diámetro 6X8,5 mm/ L 3m				1
	Cánulas de aspiración Yankauer CH12/PR40/SC con control de vacío.				1
	Bisturí de seguridad Nº 15				1
	Bisturí de seguridad Nº 23				1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "L" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	2
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "M" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
5	PACK CABEZA- CUELLO ORL	Medidas aprox.	Tipo Tejido	Gramaje	Cantidad
	Cubremesa Quirúrgico	150 x 200 cm	2 capas absorbentes e impermeables o efecto similar	80GR/M2	1
	Paño quirúrgico en "U" (U 10 X 100CM aprox.) / con dos orificios para cables o sistema de sujeción de cables alternativo.	190 X300 cm	Tricapa (1 capa absorbente + 1 capa impermeable + 1 capa de confort) efecto similar.	70gr/ m2	1
	Paño quirúrgico adhesivo refuerzo zona adhesivo 85 x 50 cm .75gr/m2	150 X 150 cm	2 capas absorbentes e impermeables o efecto similar	55gr/m2	1
	Compresa abdominal estéril con CRX/17 hilos/45x45cm plegada a 10x20 cm.				5 unidades
	Gasa Quirúrgica estéril con CRX/17 hilos/25x40cm plegada a 10x10 cm.				10 unidades
	Jeringa de 2 cuerpos de 10 CC				1
	Contador de Aguja magnético 10/20 agujas (aprox.)				1
	Raspador de bisturí eléctrico				1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "L" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	2
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "M" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1

6	PACK CADERA	Medidas aprox.	Tipo Tejido	Gramaje	Cantidad
	Cubreemsa Quirúrgico	150 x 200 cm	2 capas absorbentes e impermeables o efecto similar	80GR/M2	1
	Cubreemsa Quirúrgico,	150 x 240 cm	2 capas absorbentes e impermeables o efecto similar	80GR/ M2	1
	Paño quirúrgico Ortopedia en U (U 110 x 10 aprox. con refuerzo en torno a la U 80 gr/m2)	220 x 300 cm	2 capas absorbentes e impermeables o efecto similar	55 gr/m2	2
	Sábana quirúrgica adhesiva	152x 254 cm	Tricapa (1 capa absorbente + 1 capa impermeable + 1 capa de confort) efecto similar.	55 gr/m2	1
	Campo Cadera en U (110x 10 cm) reforzado (100 X 75cm 75 gr/ m2.) con 2 bolsas laterales integradas o en su defecto sueltas / con 2 orificios para cables o sistema de sujeción alternativo.	225x320 cm	2 capas absorbentes e impermeables o efecto similar	80GR/M2	1
	Compresa abdominal estéril con CRX/17 hilos/45x45cm plegada a 10x20 cm.				10 unidades
	Gasa Quirúrgica estéril con CRX/17 hilos/25x40cm plegada a 10x10 cm.				10 unidades
	Contador de Aguja magnético 10/20 agujas (aprox.)				1
	Cánulas de aspiración Yankauer CH22/PR20/SC con control de vacío.				1
	Tubo de aspiración diámetro 6X8,5 mm/ L 3m				1
	Raspador de bisturí eléctrico				1
	Stockinette ajustable impermeable grande 25x 120 cm				1
	Cinta de velcro (2,5 x 23 cm) o adhesiva (10 x50 cm)				2
	Bolsa instrumental 35x35cm. con 2 compartimentos				1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "L" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1

	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "XL" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "M" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
	Hoja Bisturí nº 23				5
	Cinta adhesiva 10x50 cm				1
7	PACK PTR RODILLA	Medidas aprox.	Tipo Tejido	Gramaje	Cantidad
	Cubrementsa Quirúrgico	150 x 200 cm	2 capas absorbentes e impermeables o efecto similar	80GR/M2	1
	Cubrementsa Quirúrgico	150 x 240 cm	2 capas absorbentes e impermeables o efecto similar	80GR/M2	1
	Campo quirúrgico	100 x 150 cm	2 capas absorbentes e impermeables o efecto similar	55 gr/m2	1
	Paño quirúrgico ortopedia en U (10X85 cm) con refuerzo en torno a la U 80gr/m2	220 X 300 cm	2 capas absorbentes e impermeables o efecto similar	55 gr/m2	2
	Campo Traumatología-Ortopedia Extremidades / refuerzo central 100x150cm. 70gr/m2 /membrana elástica central 25 x 25 cm/ fenestra circular 10 cm diámetro /con dos orificios para cables o sistema de sujeción de cables alternativo	220 x 320 cm	2 capas absorbentes e impermeables o efecto similar	70gr/m2	1
	Stockinette ajustable impermeable 20x 80 cm				1
	Bolsa instrumental 35x35cm. con 2 compartimentos				1
	Compresa abdominal estéril con CRX/17 hilos/45x45cm plegada a 10x20 cm.				10 unidades
	Gasa Quirúrgica estéril con CRX/17 hilos/25x40cm plegada a 10x10 cm.				10 unidades
	Raspador de bisturí eléctrico				1
	Cánulas de aspiración Yankauer CH22/PR20/SC con control de vacío.				1

	Hoja bisturí nº 23				5
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "L" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "M" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "XL" + 2 toallas celulosa 30x 34cm			43gr/m2	1
	Contador de Aguja magnético 10/20 agujas (APROX)				1
	Tubo de aspiración diámetro 6X8,5 mm/ L 3m				1
	Cinta de velcro (2,5 x 23 cm) o adhesiva(10 x50 cm)				2
8	PACK MANO	Medidas aprox.	Tipo Tejido	Gramaje	Cantidad
	Cubremanera Quirúrgico	150 x 200 cm	2 capas absorbentes e impermeables o efecto similar	80 gr/m2	1
	Campo quirúrgico	75 X 100 cm	2 capas absorbentes e impermeables o efecto similar	55 gr/m2	1
	Campo Traumatología-Ortopedia Mano en T /refuerzo central 100 x 35 cm. 75gr/m2 /membrana elástica 25 x 25cm/ fenestra 3 cm diámetro.	290 X 370 cm	2 capas absorbentes e impermeables o efecto similar	55 gr/m2	1
	Compresa abdominal estéril con CRX/17 hilos/45x45cm plegada a 10x20 cm.				5 unidades
	Gasa Quirúrgica estéril con CRX/17 hilos/25x40cm plegada a 10x10 cm.				10 unidades
	Contador de Aguja magnético 10/20 agujas (aprox.)				1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS)"L" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "M" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "XL" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1

9	PACK PIE	Medidas aprox.	Tipo Tejido	Gramaje	Cantidad
	Cubremesa Quirúrgico	150 x 200cm	2 capas absorbentes e impermeables o efecto similar	80 gr/m2	1
	Funda mesa Mayo con refuerzo central 60 x 100 cm 80 gr/m2	75 X 150cm		55 gr/m2	1
	Campo quirúrgico	100 x 150cm	2 capas absorbentes e impermeables o efecto similar	55 gr/m2	1
	Campo Traumatología/Ortopedia Extremidades apertura desplazada /refuerzo central 90 x 200 cm 75 gr/m2/ membrana elástica 25 x 25cm / fenestra 3 cm diámetro	220 X325cm	Tricapa (1 capa absorbente + 1 capa impermeable + 1 capa de confort) efecto similar	70 gr/m2	1
	Contador de Aguja magnético 10/20 agujas (aprox.)				1
	Compresa abdominal estéril con CRX/17 hilos/45x45cm plegada a 10x20 cm.				5 unidades
	Gasa Quirúrgica estéril con CRX/17 hilos/25x40cm plegada a 10x10 cm.				10 unidades
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "L" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "M" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "XL" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
10	PACK ARTROSCOPIA HOMBRO	Medidas aprox.	Tipo Tejido	Gramaje	Cantidad
	Cubre mesa Quirúrgico	150 x 200cm	2 capas absorbentes e impermeables o efecto similar	80 gr/m2	1
	Campo Traumatología/Ortopedia Artroscopia Hombro/con bolsa colectora de líquidos/ campo incisión abierto 20 x 30 cm	200 x 215cm	2 capas absorbentes e impermeables o efecto similar	55 gr/m2	1
	Paño quirúrgico en "U" (U 10 X 100 cm aprox) con refuerzo en la U DE 60 X 120 cm con dos orificios u otro sistema de sujeción de cables alternativo.	195 x 300 cm	TRICAPA(1 capa absorbente + 1 capa impermeable + 1 capa de confort) EFECTO SIMILAR	70gr/m2	1

	Funda mesa Mayo / refuerzo central 60 x 100cm. 80 gr/m2	75 X 150cm		55 gr/m2	1
	Campo quirúrgico	100 X 150cm	2 capas absorbentes e impermeables o efecto similar	55 gr/m2	2
	Funda Cam. Artroscopio 17,5X240cm (Protector de videocámara 13x235cm. telescópico)				1
	Compresa abdominal estéril con CRX/17 hilos/45x45cm plegada a 10x20 cm.				10 unidades
	Gasa Quirúrgica estéril con CRX/17 hilos/25x40cm plegada a 10x10 cm.				10 unidades
	Tubo de aspiración Diámetro 6X8,5 MM/ L 3m				2
	Stockinette ajustable impermeable grande 20x 80 cm				1
	Cinta de velcro (2,5 x 14 cm) o adhesiva (10 x50 cm)				2
	Marcador cutáneo quirúrgico con regla (Rotulador demográfico c/ regla) para clorexidina alcohólica				1
	Kit adhesivo para tracción cutánea (venda tracción adulto)				1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "L" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "X L" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "M" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
	Cinta adhesiva 10 x 50 cm				2
11	PACK ARTROSCOPIA RODILLA	Medidas aprox.	Tipo Tejido	Gramaje	Cantidad
	Cubre mesa Quirúrgico	150 x 200cm	2 capas absorbentes e impermeables o efecto similar	80 gr/m2	1

	Campo Traumatología/Ortopedia Artroscopia Rodilla/ c/bolsa colectora líquidos/refuerzo 95 x 75cm. 75 gr/m2 / fenestra 6 cm/con dos orificios para cables o sistema de sujeción de cables	220 x 320cm	2 capas absorbentes e impermeables o efecto similar	55 gr/m2	1
	Funda Cam artroscopio 17,5X240CM (Protector de videocámara 13x235cm. telescópico)				1
	Tubo de aspiración Diámetro 6X8,5 mm/ L 3m				1
	Stockinette ajustable impermeable 20x 80 cm				1
	Equipo de Irrigación 2 vías (Equipo 2 tomas)				1
	Gasa Quirúrgica estéril con CRX/17 hilos/25x40cm plegada a 10x10 cm.				10 unidades
	Aguja hipodérmica 21G x 50mm (2") verde oscuro de seguridad				1
	Compresa abdominal estéril con CRX/17 hilos/45x45cm plegada a 10x20 cm.				5 unidades
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "L" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "XL" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
12	PACK RTU	Medidas aprox.	Tipo Tejido	Gramaje	Cantidad
	Cubre mesa Quirúrgico	150 x 200cm	2 capas absorbentes e impermeables o efecto similar	80 gr/m2	1
	Campo quirúrgico con perneras, / con 2 orificios para cables o sistema de sujeción para cables.	150 X 220cm	2 capas absorbentes e impermeables o efecto similar	55 gr/m2	1
	Funda Cam. Artroscopio 17,5X240CM (Protector de videocámara 13x235cm. telescópico)				1

	Compresa abdominal estéril con CRX/17 hilos/45x45cm plegada a 10x20 cm.				5 unidades
	Gasa Quirúrgica estéril con CRX/17 hilos/25x40cm plegada a 10x10 cm.				10 unidades
	Bolsa URO recogida fluidos	60 x 85 x40cm			1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "XL" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "M" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
	Equipo suero lavador 1 línea				1
	Jeringa de 2 cuerpos de 20 CC				1
13	PACK URO-GINE	Medidas aprox.	Tipo Tejido	Gramaje	Cantidad
	Cubremesa Quirúrgico	150 x 200cm	2 capas absorbentes e impermeables o efecto similar	80 gr/m2	1
	Campo Ginecología/ bolsa colectora 65 x 75cm/ fenestra rectangular central adhesiva y tapa 15x 20cm/ perneras integradas/con dos orificios para cables o sistema de sujeción de cables.	310x260 x300cm	2 capas absorbentes e impermeables o efecto similar	55 gr/m2	1
	Compresa abdominal estéril con CRX/17 hilos/45x45cm plegada a 10x20 cm.				5 unidades
	Gasa Quirúrgica estéril con CRX/17 hilos/25x40cm plegada a 10x10 cm.				10 unidades
	Cinta de velcro(2,5 x 23 cm) o adhesiva (10 x50 cm)				2
	Raspador de bisturí eléctrico				1
	Tubo de aspiración Diámetro 6X8,5 MM/ L 3m				1
	Cánulas de aspiración Yankauer CH22/PR20/SC con control de vacío.				1
	Bisturí de seguridad Nº 23				1
	Bata quirúrgica reforzada (SMS) "L" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	2

	Bata quirúrgica reforzada (SMS) "M" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
	Contador de Aguja magnético 10/20 agujas (aprox)				1
14	PACK CESÁREA	Medidas aprox.	Tipo Tejido	Gramaje	Cantidad
	Cubremesa Quirúrgico	150 x 200cm	2 capas absorbentes e impermeables o efecto similar	80 gr/m2	1
	Campo Cesárea /zona reforzada absorbente 50 x40cm. 75 gr/ m2/ campo incisión 40 x 35cm/ fenestra triangular 18 x 18 x 18 cm/ bolsa colectora completa 360º/con dos orificios para cables o sistema de sujeción de cables	260x200 x305cm	2 capas absorbentes e impermeables o efecto similar	55 gr/m2	1
	Paño empapador/ c/adhesivo (2,5 x 44 cm)	48 x 40cm	Tejido absorbente/rayón/viscosa o efecto similar	60 gr/m2	1
	Paño bebé	98 X 80 cm	Tejido sin tejer/viscosa/poliéster o efecto similar.	55 gr/m2	1
	Bisturí de seguridad Nº 23				2
	Contador de Aguja magnético 10/20 agujas (aprox.)				1
	Tubo de aspiración diámetro 6X8,5 mm/ L 3m				1
	Cánulas de aspiración Yankauer CH22/PR20/SC con control de vacío.				1
	Compresa abdominal estéril con CRX/17 hilos/45x45cm plegada a 10x20 cm.				20 unidades
	Gasa Quirúrgica estéril con CRX/17 hilos/25x40cm plegada a 10x10 cm.				20 unidades
	Raspador de bisturí eléctrico				1
	Bata quirúrgica estándar. (SMS) "L" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
	Bata quirúrgica estándar. (SMS) "M" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	2

15	PACK CIRUGIA LOCAL	Medidas aprox.	Tipo Tejido	Gramaje	Cantidad
	Cubrementsa Quirúrgico	150 x 200cm	2 capas absorbentes e impermeables o efecto similar	80gr/m2	1
	Paño fenestrado fenestra 15 cm diámetro	210 x 240cm	2 capas absorbentes e impermeables o efecto similar	55 gr/m2	1
	Bisturí de seguridad Nº 15				1
	Compresa abdominal estéril con CRX/17 hilos/45x45cm plegada a 10x20 cm.				5 unidades
	Gasa Quirúrgica estéril con CRX/17 hilos/25x40cm plegada a 10x10 cm.				10 unidades
	Contador de Aguja magnético 10/20 agujas (aprox.)				1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "L" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43 gr/m2	1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "M" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43 gr/m2	1
16	EQUIPO ANESTESIA RAQUIDEA	Medidas aprox.	Tipo Tejido	Gramaje	Cantidad
	Cubrementsas	75 x 70cm	2 capas absorbentes e impermeables o efecto similar	55gr/m2	1
	Paño adhesivo	75 x 75cm	2 capas absorbentes e impermeables o efecto similar	55 gr/m2	1
	Toalla seca manos				2
	Aguja hipodérmica 20G de seguridad	0,9mm x 25mm			1
	Jeringa 2 cuerpos de 5ml				1
	Apósito curas auto adherente estéril TNT	7,5 x 5 cm			1
	Gasa estéril verde/sin CRX/17hilos/20x40cm/plegada a 10x10cm.				5 unidades
17	EQUIPO CIRUGIA INTRAVÍTEA	Medidas aprox.	Tipo Tejido	Gramaje	Cantidad
	Batea graduada	60ml			1
	Bola algodón absorbente/ Torunda	4,5 cm			3

	Campo quirúrgico con apertura oval adhesiva 4 x 6,5 cm. (aprox.)	39 x 39cm	tejido sin tejer o efecto similar	55 gr/m2	1
	Blefaróstatos de asas abiertas 40 x 30 mm (aprox.). Asas 14 mm (aprox.)				1
	Cubremesas doble capa	60 x 60 cm	2 capas absorbentes e impermeables o efecto similar		1
	Aplicador con punta de celulosa (hemosteta)	7 cm			5
	Medidor IVT	3.5 mm/4.0 mm			1
18	DHS FX FÉMUR/AR FÉMUR/ART CADERA	Medidas aprox.	Tipo Tejido	Gramaje	Cantidad
	Sábana aislamiento adhesiva	270X330cm			1
	Funda para carro	160x240 cm	2 capas absorbentes e impermeables o efecto similar	80gm/m2	1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "XL" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	2
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "L" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
	Gasa Quirúrgica estéril con CRX/17 hilos/25x40cm plegada a 10x10 cm.				10 unidades
	Contador de Aguja magnético 10/20 agujas (aprox.)				1
	Funda mesa de mayo	80X145CM	Impermeable		1
19	PACK OBSTETRICIA	Medidas aprox.	Tipo Tejido	Gramaje	Cantidad
	Cubremesa Quirúrgico	150 x 200 cm	2 capas absorbentes e impermeables o efecto similar	80GR/M2	1
	Paño quirúrgico c/adhesivo	90 x 75 cm	TRICAPA(1 capa absorbente + 1 capa impermeable + 1 capa de confort) efecto similar	70gr/m2	2
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "L" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1

	Paño estéril con bolsa para el parto	85x108cm			1
	1 mantita para bebé	77x82 o 100x105cm			1
	Compresa abdominal estéril sin CRX/17 hilos/45x45cm plegada a 10x20 cm.	10x20 cm.			5 unidades
	Gasa Quirúrgica estéril sin CRX/17 hilos/25x40cm plegada a 10x10 cm.	10x10 cm.			10 unidades
20	PAÑOS CAMPO EN U CON APERTURA	Medidas aprox.	Tipo Tejido	Gramaje	Cantidad
	Paño quirúrgico en "U" (U 10 X 100 cm aprox.)	160 x 200 cm	BICAPA (2 capas absorbentes impermeables o efecto similar)	60gr/m2	1

9. CRITERIOS DE VALORACI3N TECNICA O JUICIOS DE VALOR

PUNTUACION MAXIMA 50 PUNTOS. UMBRAL MINIMO 25 PUNTOS.

Para la elecci3n de los criterios de valoraci3n y su ponderaci3n se han tenido en consideraci3n los aspectos m3s significativos recogidos en el presente documento, a fin de garantizar que las ofertas de los licitadores se ajusten a lo exigido para los productos objeto de este expediente.

La valoraci3n motivada de los aspectos a valorar se realizar3 en base a la documentaci3n y muestras aportadas por los licitadores de acuerdo con las indicaciones de los responsables de la OSI Debarrena.

Cada Lote/Equipo se valorar3 de forma independiente, teniendo en cuenta las caracter3sticas propias del producto. Las ofertas presentadas deber3n cumplir los requisitos m3nimos obligatorios especificados en el punto "8. CARACTERISTICAS TECNICAS Y COMPOSICION DE LOS EQUIPOS" y la reglamentaci3n y normas descritas en el punto 2. "REGLAMENTACION Y NORMA DE REFERENCIA" del presente Pliego de Prescripciones T3cnicas. Su incumplimiento acarrear3 la exclusi3n de la oferta y por lo tanto no ser3 objeto de valoraci3n de conformidad con los criterios de adjudicaci3n establecidos.

Se valorar3/n con car3cter previo el/los criterios de adjudicaci3n de los que se haya establecido un umbral m3nimo de puntuaci3n. Las ofertas deber3n alcanzar ese umbral para continuar en el proceso selectivo y ser valorados conforme al resto de los criterios de adjudicaci3n.

ASPECTOS A VALORAR Y PONDERACION POR LOTE

Lote n3 1, 2,4,6 y 14

Apertura del envase: hasta 3 puntos

Plegado: hasta 3 puntos

Resistencia uso h3medo: hasta 5 puntos

Resistencia uso seco: hasta 5 puntos

Capacidad de adherencia de paños adhesivos: hasta 5 puntos.

Capacidad hipo alérgica de paños adhesivos: hasta 4 puntos

Grado de impermeabilidad: hasta 4 puntos

Grado de absorción: hasta 4 puntos

Superficie reforzada en paños: hasta 3 puntos

Emisión de Pelusa: hasta 3 puntos

Tamaño del envase: hasta 2 puntos

Goma de aspiración (flexibilidad adecuada): hasta 1 punto

Cánula aspiración Yankauer: (Buen control de aspiración): hasta 1.5 puntos

Raspador Bisturí. (Uso eficaz durante toda la intervención): hasta 1 punto

Bisturí de seguridad. (Fácil manejo): hasta 1.5 puntos

Batas: 4 puntos

Ajuste en cuello y mangas: hasta 1 punto

Impermeabilidad: hasta 1 punto

Sensación térmica: hasta 1 punto

Resistencia: hasta 1 punto

Lote nº 3

Apertura del envase: hasta 3 puntos

Plegado: hasta 3 puntos

Resistencia uso húmedo: hasta 4 puntos

Resistencia uso seco: hasta 5 puntos

Capacidad de adherencia de paños adhesivos: hasta 5 puntos.

Capacidad hipo alérgica de paños: hasta 4 puntos

Grado de impermeabilidad: hasta 5 puntos

Grado de absorción: hasta 5 puntos

Emisión de Pelusa: hasta 4 puntos

Tamaño del envase: hasta 3 puntos

Fungible: 5 puntos

Turbante capelina: (facilidad de colocación, fijación y grado de suavidad al tacto): hasta 5 puntos

Batas: 4 puntos

Ajuste en cuello y mangas: hasta 1 punto

Impermeabilidad: hasta 1 punto

Sensación térmica: hasta 1 punto

Resistencia: hasta 1 punto

Lote nº 5

Apertura del envase: hasta 3 puntos

Plegado: hasta 3 puntos

Resistencia uso húmedo: hasta 4 puntos

Resistencia uso seco: hasta 4 puntos

Capacidad adherencia paños adhesivos: hasta 5 puntos

Capacidad hipo alergénica de paños adhesivos: hasta 4 puntos

Grado de impermeabilidad: hasta 4 puntos

Grado de absorción: hasta 4 puntos

Superficie reforzada en paños: hasta 3 puntos

Emisión de Pelusa: hasta 4 puntos

Tamaño del envase: hasta 3 puntos

Fungible: 5 puntos

Funda cámara artroscopia (fácil manejo y sencilla de colocar): hasta 1.5 puntos

Contador magnético de agujas (adherencia de las agujas): hasta 1 punto

Raspador bisturí (uso eficaz durante toda la intervención): hasta 1 punto

Bisturí de seguridad (fácil manejo): hasta 1.5 puntos

Batas: 4 puntos

Ajuste en cuello y mangas: hasta 1 punto

Impermeabilidad: hasta 1 punto

Sensación térmica: hasta 1 punto

Resistencia: hasta 1 punto

Lote nº 7

Apertura del envase: hasta 3 puntos

Plegado: hasta 3 puntos

Resistencia uso húmedo: hasta 5 puntos

Resistencia uso seco: hasta 4 puntos

Stockinette: (adaptabilidad e impermeabilidad): hasta 5 puntos

Capacidad hipo alergénica de paños adhesivos: hasta 4 puntos

Grado de impermeabilidad: hasta 4 puntos

Grado de absorción: hasta 4 puntos

Superficie reforzada en paños: hasta 3 puntos

Emisión de Pelusa: hasta 3 puntos

Tamaño del envase: hasta 3 puntos

Fungible: 5 puntos.

Goma de aspiración (flexibilidad adecuada): hasta 1 punto

Cánula aspiración Yankauer: (Buen control de aspiración): hasta 1 punto

Raspador Bisturí. (Uso eficaz durante toda la intervención): hasta 1 punto.

Gasa quirúrgica plegado hasta 1 punto

Gasa quirúrgica resistencia hasta 1 punto.

Batas: 4 puntos.

Ajuste en cuello y mangas: hasta 1 punto

Impermeabilidad: hasta 1 punto

Sensación térmica: hasta 1 punto

Resistencia: hasta 1 punto

Lote nº 8 y 9

Apertura del envase: hasta 3 puntos.

Plegado: hasta 3 puntos.

Resistencia uso húmedo: hasta 5 puntos.

Resistencia uso seco: hasta 5 puntos.

Capacidad de adherencia de paños adhesivos: hasta 5 puntos.

Capacidad hipo alérgica de paños adhesivos: hasta 4 puntos.

Grado de impermeabilidad: hasta 3 puntos.

Grado de absorción: hasta 4 puntos.

Superficie reforzada en paños: hasta 3 puntos.

Membrana elástica: hasta 1 punto.

Emisión de Pelusa: hasta 3 puntos.

Tamaño del envase: hasta 3 puntos.

Fungible: 4 puntos.

Contador magnético de agujas (adherencia y adecuación del tamaño): hasta 1 puntos.

Gasa quirúrgica plegado hasta 1.5 puntos

Gasa quirúrgica resistencia hasta 1.5 puntos

Batas: 4 puntos.

Ajuste en cuello y mangas: hasta 1 punto.

Impermeabilidad: hasta 1 punto.

Sensación térmica: hasta 1 punto.

Resistencia: hasta 1 punto.

Lote nº 10 y 11

Apertura del envase: hasta 3 puntos.

Plegado: hasta 3 puntos.

Resistencia uso húmedo: hasta 5 puntos.

Resistencia uso seco: hasta 5 puntos.

Bolsa colectora de líquidos: (facilidad en la colocación y capacidad de recogida de líquido): hasta 5 puntos.

Capacidad hipo alérgica de paños: hasta 4 puntos.

Grado de impermeabilidad: hasta 5 puntos.

Grado de absorción: hasta 5 puntos.

Emisión de Pelusa: hasta 4 puntos.

Tamaño del envase: hasta 3 puntos.

Fungible: 4 puntos.

Funda cámara artroscopia (fácil manejo y sencilla de colocar): hasta 2 puntos.

Goma de aspiración (flexibilidad adecuada) hasta 1 punto.

Stockinette. (Sencilla colocación): hasta 1 punto.

Batas: 4 puntos.

Ajuste en cuello y mangas: hasta 1 punto.

Impermeabilidad: hasta 1 punto.

Sensación térmica: hasta 1 punto.

Resistencia: hasta 1 punto.

Lote nº 12

Apertura del envase: hasta 3 puntos.

Plegado: hasta 3 puntos.

Resistencia uso húmedo: hasta 5 puntos.

Resistencia uso seco: hasta 5 puntos.

Bolsa colectora de líquidos: (facilidad en la colocación y capacidad de recogida de líquido): hasta 5 puntos.

Capacidad hipo alérgica de paños: hasta 4 puntos.

Grado de impermeabilidad: hasta 5 puntos.

Grado de absorción: hasta 5 puntos.

Emisión de Pelusa: hasta 4 puntos.

Tamaño del envase: hasta 3 puntos.

Fungible: 4 puntos.

Funda cámara artroscopia (fácil manejo y sencilla de colocar): hasta 2 puntos.

Equipo suero lavador: (flexibilidad y facilidad de manejo y purgado): hasta 2 puntos.

Batas: 4 puntos.

Ajuste en cuello y mangas: hasta 1 punto.

Impermeabilidad: hasta 1 punto.

Sensación térmica: hasta 1 punto.

Resistencia: hasta 1 punto.

Lote nº 13

Apertura del envase: hasta 3 puntos.

Plegado: hasta 3 puntos.

Resistencia uso húmedo: hasta 4 puntos.

Resistencia uso seco: hasta 4 puntos.

Bolsa colectora de líquidos: (facilidad en la colocación y capacidad de recogida de líquido): hasta 5 puntos.

Capacidad hipo alérgica de paños adhesivos: hasta 4 puntos.

Grado de impermeabilidad: hasta 4 puntos.

Grado de absorción: hasta 4 puntos.

Superficie reforzada en paños: hasta 3 puntos.

Emisión de Pelusa: hasta 4 puntos.

Tamaño del envase: hasta 3 puntos.

Fungible: 5 puntos.

Goma de aspiración (flexibilidad adecuada): hasta 0.5 punto.

Cánula aspiración Yankauer: (Buen control de aspiración): hasta 1 punto.

Raspador Bisturí. (Uso eficaz durante toda la intervención: hasta 0.5 punto.

Bisturí de seguridad. (Fácil manejo): hasta 1 punto.

Gasa quirúrgica plegado hasta 1 punto

Gasa quirúrgica resistencia hasta 1 punto.

Batas: 4 puntos.

Ajuste en cuello y mangas: hasta 1 punto.

Impermeabilidad: hasta 1 punto.

Sensación térmica: hasta 1 punto.

Resistencia: hasta 1 punto.

Lote nº 15

Apertura del envase: hasta 3 puntos.

Plegado: hasta 3 puntos.

Resistencia uso húmedo: hasta 5 puntos.

Resistencia uso seco: hasta 5 puntos.

Capacidad de adherencia de paños adhesivos: hasta 5 puntos

Capacidad hipo alérgica de paños: hasta 5 puntos.

Grado de impermeabilidad: hasta 4 puntos.

Grado de absorción: hasta 5 puntos.

Emisión de Pelusa: hasta 4 puntos.

Tamaño del envase: hasta 3 puntos.

Fungible: 4 puntos.

Contador magnético de agujas: (adherencia y adecuación del tamaño): hasta 1 puntos

Bisturí de seguridad: (fácil manejo) hasta 1 punto.

Gasa quirúrgica plegado hasta 1 punto

Gasa quirúrgica resistencia hasta 1 punto.

Batas: 4 puntos.

Ajuste en cuello y mangas: hasta 1 punto.

Impermeabilidad: hasta 1 punto.

Sensación térmica: hasta 1 punto.

Resistencia: hasta 1 punto.

Lote nº 16

Apertura del envase: hasta 3 puntos.

Plegado: hasta 3 puntos.

Resistencia uso húmedo: hasta 5 puntos.

Resistencia uso seco: hasta 5 puntos.

Capacidad de adherencia de paños adhesivos: hasta 5 puntos.

Capacidad hipo alergénica de paños: hasta 5 puntos.

Grado de impermeabilidad: hasta 4 puntos.

Grado de absorción: hasta 5 puntos.

Emisión de Pelusa: hasta 4 puntos.

Tamaño del envase: hasta 3 puntos.

Fungible: 8 puntos.

Toalla seca manos: hasta 3 puntos.

Apósito: (adherencia y facilidad de colocación): hasta 3 puntos.

Jeringa y aguja: (grado de adecuación): Hasta 2 puntos.

Lote nº 17

Apertura del envase: hasta 4 puntos.

Plegado: hasta 5 puntos.

Resistencia uso seco: hasta 5 puntos.

Capacidad adherencia de paños adhesivos: hasta 5 puntos.

Capacidad hipo alergénica de paños: hasta 5 puntos.

Emisión de Pelusa: hasta 4 puntos.

Tamaño del envase: hasta 4 puntos.

Fungible: 18 puntos.

Blefarostato: (adaptabilidad al párpado): Hasta 4 puntos.

Medidor IVT (precisión de marcaje): Hasta 3 puntos.

Batea/Recipiente (tamaño adecuado para la torunda): hasta 2 puntos.

Isopo: (adecuación del tamaño y grado de absorción): hasta 3 puntos.

Torunda de algodón:(capacidad de absorción y tamaño): hasta 6 puntos.

Lote nº 18

Apertura del envase: hasta 4 puntos.

Plegado: hasta 4 puntos.

Resistencia uso húmedo: hasta 4 puntos.

Resistencia uso seco: hasta 4 puntos.

Capacidad adherencia de paños adhesivos: hasta 5 puntos.

Capacidad hipo alergénica de paños: hasta 4 puntos.

Grado de impermeabilidad: hasta 5 puntos.

Grado de absorción: hasta 4 puntos.

Emisión de Pelusa: hasta 4 puntos.

Tamaño del envase: hasta 4 puntos.

Fungible: 4 puntos.

Toalla seca manos: hasta 1 puntos.

Gasa quirúrgica plegado hasta 1.5 puntos

Gasa quirúrgica resistencia hasta 1.5 puntos

Batas: 4 puntos.

Ajuste en cuello y mangas: hasta 1 punto.

Impermeabilidad: hasta 1 punto.

Sensación térmica: hasta 1 punto.

Resistencia: hasta 1 punto.

Lote nº 19

Apertura del envase: hasta 4 puntos.

Plegado: hasta 4 puntos.

Resistencia uso húmedo: hasta 5 puntos.

Resistencia uso seco: hasta 5 puntos.

Bolsa colectora de líquidos: (facilidad en la colocación y capacidad de recogida de líquido): hasta 5 puntos.

Capacidad hipo alérgica de paños: hasta 5 puntos.

Grado de impermeabilidad: hasta 5 puntos.

Grado de absorción: hasta 5 puntos.

Emisión de Pelusa: hasta 4 puntos.

Tamaño del envase: hasta 4 puntos.

Batas: 4 puntos.

Ajuste en cuello y mangas: hasta 1 punto.

Impermeabilidad: hasta 1 punto.

Sensación térmica: hasta 1 punto.

Resistencia: hasta 1 punto.

Lote nº 20

Apertura del envase: hasta 5 puntos.

Plegado: hasta 5 puntos.

Resistencia uso húmedo: hasta 5 puntos.

Resistencia uso seco: hasta 5 puntos.

Grado de impermeabilidad: hasta 5 puntos.

Grado de absorción: hasta 5 puntos.

Capacidad hipo alérgica: hasta 5 puntos.

Emisión de pelusa: hasta 5 puntos.

Capacidad de adherencia: hasta 5 puntos.

Tamaño del envase: hasta 5 puntos.

10. DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN EL SOBRE C (Criterios basados en Juicios de Valor)

Es recomendable que la documentación que se presente esté adecuadamente ordenada y acompañada de un índice temático al objeto de facilitar la revisión de las propuestas y agilizar el proceso de valoración de las mismas.

En el Sobre C, los licitadores incluirán documentación acreditativa de los siguientes extremos:

- **Nombre comercial y referencias** de cada uno de los productos objeto de licitación. Para ello deberán cumplimentar el **Cuadro de Ofertas Técnicas**, que podrá descargarse del perfil del contratante. Deberá estar firmado por el representante legal de la empresa.
- **Ficha técnica descriptiva y catálogos/folleto**s: Documentación que indique las características técnicas, composición, diseño, estructura y elementos constituyentes de cada uno de los lotes ofertados, al objeto de acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos detallados en el punto "8.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS".

- **Cumplimiento del Real Decreto 192/2023, de 21 de marzo**, por el que se regulan los productos sanitarios, y con el **Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017**, sobre los productos sanitarios: Declaración CE de Conformidad que corresponda según la clase de producto sanitario. Se aportará en castellano o traducción firmada por el responsable de la empresa. Este documento acreditará igualmente el cumplimiento de los requisitos de embalaje y etiquetado.
- **Certificados de normativa europea EN-UNE 13795**: Documentación o certificados de laboratorios que acrediten el grado de cumplimiento de la norma en cuanto a resistencia y protección de paños y batas quirúrgicas.
- **Norma ISO 11810**: En los lotes destinados a cirugía láser, documentación que acredite de forma fehaciente la inflamabilidad y resistencia a la prestación láser.
- **Documentación de apoyo a la valoración técnica**: Toda aquella información necesaria para justificar los aspectos a valorar del punto 9 “CRITERIOS BASADOS EN JUICIOS DE VALOR”. Sin perjuicio de la documentación aportada, **la valoración de los parámetros prácticos (plegado, adherencia, resistencia y ergonomía) se basará primordialmente en el examen de las muestras aportadas.**

Se podrá, asimismo, incorporar otra documentación sobre características no requeridas, con objeto de cumplimentar un mejor conocimiento de la oferta presentada. Estas deberán ser recogidas en un capítulo aparte consignando como “otra documentación incorporada”.

Toda la documentación incluida en el “Sobre C (Criterios basados en Juicios de Valor)”, deberá proporcionarse en soporte informático, incluyendo un índice de documentos que contendrá los números de página o nombres de los ficheros.

11.FACULTAD DE INSPECCIÓN

El órgano de contratación, directamente o a través de la entidad que considere más idónea por su especialización, tiene la facultad de inspeccionar y de ser informado del proceso de fabricación o elaboración del producto objeto del contrato, pudiendo ordenar análisis, ensayos y pruebas de los materiales a emplear, así como establecer sistemas de control de calidad, dictando cuantas disposiciones estime oportunas para el cumplimiento de lo convenido.

El contratista está obligado a asumir los gastos de comprobación de materiales, vigilancia del proceso de fabricación y/o distribución, si procede, y de los materiales, personal, transporte, entrega, gastos de instalación y formación del personal propio de los Centros que determinen el Órgano de Contratación.

Por parte de Osakidetza se establecerán los procedimientos para comprobar que los productos suministrados se ajustan a las especificaciones técnicas exigidas y adjudicadas.

Mendaron, 2026ko maiatzaren 18an/

En Mendaro, a 18 de mayo de 2026

Erizain Adjuntoa / Adjunta de Enfermería

Iz/Fdo.: Ainhoa Bolinaga Gullon

Documento firmado por: AINHOA
BOLINAGA GULLÓN
En la fecha 18.05.2026 13:43:56 CEST